



IGASAMEX

ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS ANALIZADORES

LUGAR: Texmelucan, Puebla FECHA: 26-May-14

ID. TECNICO: ccarranza ID. SUPERVISOR: jolvera

HORA: 13:15 hr. ID. ANALIZADOR: LV 1001

TEMPERATURA AMB. (Opcional): 20 °C CARGA DE LA BATERIA: 3 V

INTERVALO DE OPERACIÓN: 0 - 1'000,000 PPM

VERIFICACIÓN DE ALARMAS AUDIBLE: SI ☒ NO ☐

RESPUESTA DEL ANALIZADOR (TEMPERATURA AMBIENTE)						
CONCENTRACION GAS NOMINAL	GAS DE CALIBRACIÓN	CONC. REAL[ppm]	LECTURA DEL ANALIZADOR	TOLERANCIA +/- 5%		
				[ppm]	Dentro	Fuera
AIRE GRADO CERO <10 PPM	AIRE CERO	< 1PPM	0	±5	XX	
100 PPM				±5		
10,000 PPM				±500		
25,000 PPM	METANO	24000 PPM	24,000	±1250	XX	
AIRE AMBIENTE	AMBIENTE	<10 PPM		±5		

OBSERVACIONES: Ninguna; Próxima verificación 24-Ago-14

Los patrones de referencia (material de referencia) son trazables al Laboratorio de Prueba con registro Q-156-151/03 de la empresa Infra, S.A. de C.V.

PATRON:	Metano
MARCA:	Praxair
CONCENTRACION NOMINAL	Metano 2.5 % Vol.
CONCENTRACION ACTUAL	50 % LEL
ID- DE LA MUESTRA	CDI - 7321

PATRON:	
MARCA:	
CONCENTRACION NOMINAL	
CONCENTRACION ACTUAL	
ID- DE LA MUESTRA	

NOMBRE Y FIRMA: Ing. J. Pablo López Olvera

Operaciones
IGASAMEX
26 - May - 2014
Seguridad