



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>01/08/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

Se daña instrumento de medición flo boos

Ubicación: Equipos

Causa aparente Otro

Efectos Se daña instrumento de medición flo boos

Acción correctiva Cambio de equipo/material

Observaciones

-Se encuentra dañado el instrumento de medición por rayos en transcurso de lluvia.

-Se reporta, desconecta y envía para reparación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/08/2012 01:29:59p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2012 04:35:10p.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna